



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03573.714.1.020426
TENTANG
REKOMENDASI
LABORATORIUM DOSIMETRI UNTUK KALIBRASI KELUARAN RADIOTERAPI

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202512180132317292051** dan No. Registrasi BAPETEN **700145.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 3101230026215/ 039839444526000
Alamat Instansi : Jl. Sindoro Raya, Ringroad, Mojosongo, Jebres Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127 Telp. (0271) 644579 Fax. (0271) 645379
Nama Fasilitas : Laboratorium Dosimetri BPAFK Surakarta
Lokasi Fasilitas : Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres Surakarta, 57127 , Kota Surakarta , Jawa Tengah 57127, Telp.(0271) 644579, Fax.(0271) 645379

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini).

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **02 April 2026**

a.n. Kepala
Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan
Nuklir

Dr. Ir. Judi Pramono, M.Eng.
NIP.196609121992031002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03573.714.1.020426
TENTANG
REKOMENDASI
LABORATORIUM DOSIMETRI UNTUK KALIBRASI KELUARAN RADIOTERAPI
DATA TEKNIS
NOMOR 26.1.03573.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Linac
2.	Teleterapi Co-60
3.	Brakhiterapi





LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03573.714.1.020426
TENTANG
REKOMENDASI
LABORATORIUM DOSIMETRI UNTUK KALIBRASI KELUARAN RADIOTERAPI
DATA TEKNIS
NOMOR 26.1.03573.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Ir. Rohmadi, S.T, M.Si, M.T, M.M	Kepala BPAFK Surakarta
2.	Manajer Mutu	Veronika Saron Kamantuh	Penanggung Jawab Mutu BPAFK Surakarta
3.	Manajer Teknis	Annisa Tenri Maya, S.Si	-
4.	Penyelia	Nining Hargiani, S.Si	-
5.	Pelaksana Teknis	Annisa Tenri Maya, S.Si	-
6.	Pelaksana Teknis	Nindya Dyah Ayu Anggraini	-
7.	Pelaksana Administrasi	Nindya Dyah Ayu Anggraini	-





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Sarana

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Ruang Penyimpanan Peralatan	1	-	Ya

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter Gamma Fluke Biomedical	RaySafe	RaySafe 452	294347	01/099/VIII-25/KAUR/E-0781-DT	Ya
2.	Elektrometer PTW	PTW Freiburg	UNIDOS Tango / TW10052	243819	250413701-250413601-250413501-250413401	Ya
3.	PTW Pinpoint 3D Chamber	PTW Freiburg	TW31022	245669	250413701	Ya
4.	PTW Semiflex 3D Chamber	PTW Freiburg	TW31021	247491	250413601	Ya
5.	PTW Roos Chamber	PTW Freiburg	TW34001	242293	250413501	Ya
6.	PTW Farmer Chamber	PTW Freiburg	TW30013	246310	250413401	Ya
7.	PTW Sourcecheck 4pi - Welltype Chamber	PTW Freiburg	TM33005	241768	250406401	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	2	unit	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	MP1 Manual Water Phantom	PTW Frelburg GmbH	T41033	242589	-	Ya
2	Thermohygrobarometer	Greisinger	GFTB 200	34907257	-	Ya
3	Thermometer Larutan	Greisinger	GMH 3700	32409406	-	Ya





LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03573.714.1.020426
TENTANG
REKOMENDASI
LABORATORIUM DOSIMETRI UNTUK KALIBRASI KELUARAN RADIOTERAPI
DATA TEKNIS
NOMOR 26.1.03573.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Personil yang diperbolehkan melakukan pengujian hanya personil Pelaksana Teknis yang tercantum dalam Rekomendasi atau KTUN penunjukan ini.
2. Lembaga Uji Ketenaganukliran wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengujian ke BAPETEN secara berkala, paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
3. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.
4. Diberikan untuk pengujian modalitas Pesawat Teleterapi Cobalt-60, Pesawat LINAC untuk berkas foton dan elektron, serta Brakhiterapi.

